

ALLEGATO 1 – ELENCO DEGLI OGGETTI DELLE INDAGINI DI MERCATO

OGGETTO DELL'INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO	DOCUMENTAZIONE RICHIESTA	AZIENDA SANITARIA INTERESSATA	NOTE ED INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
<p><u>Sistemi protesici di gomito Coonrad Morrey e Nexel.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a) Stelo omerale b) Stelo ulnare c) Kit componente articolare d) Set viti componente omerale 	<p>Allegato 2 debitamente compilato e sottoscritto digitalmente.</p> <p>Schede tecniche, ed altra documentazione tecnica ritenuta opportuna dall'operatore economico</p>	<p align="center">AOU di Modena</p>	<p>Il sistema dovrà disporre di steli ultra lunghi per revisione sia dell'omero che dell'ulna; lo stelo di deve adattare bene alle fratture pluriframmentarie dell'estremo distale dell'omero. Le caratteristiche del polietilene della protesi devono cercare di evitare il più possibile l'effetto bushing di usura del polietilene in varo-valgo del gomito, soprattutto limitando i micromovimenti.</p>