




Definizione specifiche tecniche

Sommario

Generale	Errore. Il segnalibro non è definito.
Specifiche della fornitura.....	2
Fabbisogni per Azienda Sanitaria	2

 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Area Vasta Emilia Nord	CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA IN SERVICE DI
	DISPOSITIVI PER LA RILEVAZIONE DELL'ANTIGENE
	ASPERGILLARE
	Allegato 3B

Premessa

Il Capitolato prevede la richiesta di dispositivi automatizzati per la rilevazione dell'antigene aspergillare (Galattomannano) su siero e su broncolavaggio alverolare, occorrente alle seguenti Azienda Ospedaliera Universitaria di Modena e Azienda Usl di Reggio Emilia.

Fabbisogni per Azienda Sanitaria

Azienda Sanitaria	Totale refertato annui previsti
AOU Modena	6000
AUSL Reggio Emilia	3000
Totale	9000

Specifiche della fornitura

Le specifiche della fornitura sono riportate nei questionari allegati al CSA:

- **ALLEGATO 3A_REQUISITIINDISPENSABILI**

Requisiti Indispensabili a pena di esclusione – In esso sono presenti specifiche generali relative alle TS con destinazione d'uso specifica dell'oggetto della fornitura a cui la Ditta Partecipante dovrà rispondere valorizzando i campi:

- Risposta al quesito (SI/NO) ossia se è in possesso o non del requisito richiesto
- Riferimento (pag.) Manuale d'uso e/o IFU – Indicando la pag in cui è possibile rilevare quanto affermato nei manuali d'uso e/o IFU o eventuale altre documentazione tecnica (fascicolo tecnico) .

- **ALLEGATO 3B1_QUESTIONARIOTS**

Esso è costituito da due sezioni e dovrà essere compilato per singolo lotto :

- **Informazioni generali** – Sezione in cui la Ditta Partecipante specificherà le informazioni relative alle TS;
- **Parametri oggetto di valutazione** – la Ditta Partecipante dovrà descrivere in maniera sintetica la modalità con cui la TS offerta risponde alla specifica, ove applicabile, riportando sempre nella colonna successiva la pag di riferimento del manuale d'uso e/o IFU eventuale altre documentazione tecnica (fascicolo tecnico).

Resta inteso che tale documentazione citata dovrà essere parte integrante della documentazione tecnica fornita.