

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
PER L'ESPLETAMENTO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA,
AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. N.50/2016

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena ha la necessità di procedere all'affidamento della fornitura, come da allegato n. 1, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016.

Ai sensi dell'art. 40 comma 2 del Codice degli appalti, a far tempo dal 18 ottobre 2018 decorre l'obbligo dell'utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici per lo svolgimento delle procedure di aggiudicazione pubbliche.

L'Azienda inviterà a formulare offerta tutti gli operatori economici:

- che avranno manifestato il loro interesse, entro il termine più avanti indicato, mediante invio dell'allegata scheda al seguente indirizzo pec: acquisti.segreteria@pec.aou.mo.it
- che, alla data di trasmissione della lettera di invito, risulteranno iscritti al SATER, per la categoria merceologica sotto indicata.

Per l'espletamento della procedura negoziata, questa Amministrazione si avvarrà del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (in seguito: SATER), accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>

Tramite il sito si accederà alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Al fine della partecipazione alla procedura di cui trattasi, è indispensabile:

- Un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
- La firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- La registrazione al SATER con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo punto.

Registrazione presso SATER

Ai fini della partecipazione alla procedura, è indispensabile essere registrati al SATER (ed in particolare alla classe merceologica indicata nella sottostante tabella), secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

La registrazione al SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del SATER dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

Elenco forniture

Elenco/Lotti (breve descrizione)	Classe merceologica di iscrizione CPV	Nota (eventuale)
v. allegato		

Il presente avviso è finalizzato ad un'indagine di mercato preordinata ad individuare gli interessati, che verranno in seguito invitati alla successiva procedura negoziata.

I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse, redatta su carta intestata dell'operatore economico, corredata di:

- Schede tecniche;
- Descrizione tecnica sintetica del bene/servizio;
- Dichiarazione sostitutiva ex Dpr 445, dei requisiti di partecipazione e assenza dei motivi di esclusione di cui all' 80 del D.Lgs n. 50/2016

La manifestazione di interesse e i predetti allegati, dovranno essere sottoscritti con firma digitale e inoltrati

entro le ore 12.00 del giorno 29.06.2020

al seguente indirizzo pec: acquisti.segreteria@pec.aou.mo.it.

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.

Il Dirigente delegato
del Servizio Unico Acquisti e Logistica
Su delega del Direttore del Servizio
Il Funzionario
Sig.ra Daniela Goldoni

ALLEGATO 1		
		risposta con note/osservazioni
Oggetto fornitura durata <u>BIENNALE</u>		
N. 2 sistemi per diagnosi e terapia in visualizzazione diretta dell'apparato bilio-pancreatico, dotti epatici inclusi	Tipo "SpyGlass DS" (Boston Scientific)	
Importo previsto (IVA inclusa)	Circa € 210.000,00 (Iva esclusa)	
Caratteristiche tecnologiche richieste		
Sistema di visualizzazione diretta a singolo operatore dell'apparato bilio-pancreatico	richiesto	
Compatibilità con l'uso in combinazione con strumentazione endoscopica flessibile in dotazione (es. Olympus e Pentax)	richiesto	
Massima ergonomia d'uso	richiesto	
Possibilità di effettuare procedure esplorative ed endoterapiche	richiesto	
Possibilità di effettuare prelievi bioptici del tessuto	richiesto	
Massimo grado di movimentazione della sonda esplorativa, con possibilità di blocco posizione	richiesto	
Sensori di ultima generazione, in grado di acquisire il massimo contenuto informativo in termini qualitativi e quantitativi	richiesto	
Completo di materiale di consumo per n. 40 procedure/anno	richiesto	
Sistema completo di: - video-processore con fonte luce integrata a tecnologia LED - monitor - Disponibilità di n°1 segnale DIV ausiliario (es. con LOOP DVI integrato nel display o splitter DVI)	richiesto	
Completo di sistema di irrigazione	richiesto	
Possibilità di regolazione dell'intensità luminosa	richiesto	
Possibilità di avere più uscite video	richiesto	