

CAPITOLATO TECNICO

FORNITURA MEDIANTE CONTRATTO ESTIMATORIO,
IN 27 LOTTI DISTINTI, DI PROTESI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA OCCORRENTI ALL'UNIONE
D'ACQUISTO FRA LE AZIENDE SANITARIE DELL'AREA VASTA EMILIA NORD -
DI DURATA TRIENNALE. CAPOFILA AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA

LOTTO 1

Protesi esofagea OTW autoespandibile metallica, totalmente / parzialmente ricoperta con idoneo materiale biocompatibile, a rilascio prossimale, premontata su catetere introduttore *che accetta* filo guida, provvista di reperi radiopachi per il corretto posizionamento e dotata di sistema antidislocamento. Disponibilità di varie lunghezze e diametri.

QUANTITATIVI ANNUALI PRESUNTI

AO MO	ASL MO	AO RE	AO PR	ASL PR	ASL PC	TOTALE
12	10	8	5	5		40

LOTTO 2

Protesi esofagea OTW autoespandibile metallica, totalmente/parzialmente ricoperta con idoneo materiale biocompatibile, a rilascio distale, premontata su catetere introduttore *che accetta* filo guida, provvista di reperi radiopachi per il corretto posizionamento e dotata di sistema antidislocamento. Disponibilità di varie lunghezze e diametri.

QUANTITATIVI ANNUALI PRESUNTI

AO MO	ASL MO	AO RE	AO PR	ASL PR	ASL PC	TOTALE
2	15	4	5	5	4	35

LOTTO 3

Protesi esofagea OTW autoespandibile metallica non ricoperta a rilascio prossimale, premontata su catetere introduttore *che accetta filo guida*, provvista di reperi radiopachi per il corretto posizionamento e dotata di sistema antidislocamento. Disponibilità di varie lunghezze e diametri.

QUANTITATIVI ANNUALI PRESUNTI

AO MO	ASL MO	AO RE	AO PR	ASL PR	ASL PC	TOTALE
2	5	10	3			20

LOTTO 4

Protesi esofagea OTW autoespandibile metallica non ricoperta, a rilascio distale, premontata su catetere introduttore *che accetta filo guida*, provvista di reperi radiopachi per il corretto posizionamento e dotata di sistema antidislocamento. Disponibilità di varie lunghezze e diametri.

QUANTITATIVI ANNUALI PRESUNTI

AO MO	ASL MO	AO RE	AO PR	ASL PR	ASL PC	TOTALE
1	8	2	3	6		20

LOTTO 5

Protesi esofagea autoespandibile TTS metallica, premontata su catetere introduttore , *accetta filo guida*, ampia disponibilità di lunghezze e diametri:

- a) non ricoperta a rilascio prossimale e/o distale, dotata di sistema di antidislocamento
- b) parzialmente ricoperta in idoneo materiale biocompatibile, a rilascio prossimale e/o distale, dotata di sistema di antidislocamento
- c) completamente ricoperta in idoneo materiale biocompatibile, a rilascio prossimale e/o distale

QUANTITATIVI ANNUALI PRESUNTI

AO MO	ASL MO	AO RE	AO PR	ASL PR	ASL PC	TOTALE
8	6	10	6	5	15	50

LOTTO 6

Protesi esofagea temporanea autoespandibile in poliestere rivestito in silicone con marcatori per il corretto posizionamento, dotato di sistema di erogazione stent. Disponibilità di vari diametri e lunghezze.

QUANTITATIVI ANNUALI PRESUNTI

AO MO	ASL MO	AO RE	AO PR	ASL PR	ASL PC	TOTALE
1	2	2	1			6

LOTTO 7

Protesi esofagea doppia in nitinol con sistema di ancoraggio a parete. In maglia scoperta e protesi ricoperta all'interno. Disponibilità di vari diametri e misure.

QUANTITATIVI ANNUALI PRESUNTI

AO MO	ASL MO	AO RE	AO PR	ASL PR	ASL PC	TOTALE
1	8	6	1			16

LOTTO 8

protesi autoespandibile metallica ricoperta (parzialmente e/o completamente) in idoneo materiale biocompatibile per il trattamento delle stenosi del cardias; premontata su catetere, con sistema anti dislocamento. Disponibilità di vari diametri e lunghezze

QUANTITATIVI ANNUALI PRESUNTI

AO MO	ASL MO	AO RE	AO PR	ASL PR	ASL PC	TOTALE
1	2	2	2	1	4	12

LOTTO 9

Protesi *entero-colica (o enterale, e/o colica)* TTS, autoespandibile metallica premontata su catetere :

A) **ricoperta** completamente in idoneo materiale biocompatibile.

B) **parzialmente ricoperta** in idoneo materiale biocompatibile.

Disponibilità di diverse lunghezze

QUANTITATIVI ANNUALI PRESUNTI

AO MO	ASL MO	AO RE	AO PR	ASL PR	ASL PC	TOTALE
A)3 B)3	a)5 b)10	A)4 B)6	a)3 b)3			37

LOTTO 10

Protesi *entero-colica (o enterale, e/o colica)* TTS, autoespandibile metallica premontata su catetere a basso profilo, **non ricoperta** . Diverse lunghezze.

QUANTITATIVI ANNUALI PRESUNTI

AO MO	ASL MO	AO RE	AO PR	ASL PR	ASL PC	TOTALE
10	12	20	12	5		59

LOTTO 11

Protesi pilorico-duodenale metallica autoespandibile, premontata su catetere :

A) non ricoperta.

B) parzialmente e/o totalmente ricoperta.

Disponibilità in diverse lunghezze

QUANTITATIVI ANNUALI PRESUNTI

AO MO	ASL MO	AO RE	AO PR	ASL PR	ASL PC	TOTALE
A)8 B)2	A)8 b) 2	A)30 B)4	a)6 b)1	A)2 B)0	a)4	67

LOTTO 12

Protesi biliare a maglia metallica non ricoperta , autoespandibile, premontata su catetere di diametro ridotto a partire almeno da 6F, radiopaca. Markers radiopachi per favorire posizionamento e controllo. Disponibilità di varie lunghezze.

QUANTITATIVI ANNUALI PRESUNTI

AO MO	ASL MO	AO RE	AO PR	ASL PR	ASL PC	TOTALE
22	40	80	30	15	10	197

LOTTO 13

Protesi biliare per le vie biliari intraepatiche, a maglia larga per tutta la lunghezza , non ricoperta, autoespandibile, premontata su catetere, radiopaca con buona flessibilità e adattabilità alle strutture anatomiche, markers radiopachi per favorire posizionamento e controllo. Disponibilità di varie lunghezze .

QUANTITATIVI ANNUALI PRESUNTI

AO MO	ASL MO	AO RE	AO PR	ASL PR	ASL PC	TOTALE
2	8	6	1	5		22

LOTTO 14

Protesi biliare a maglia metallica autoespandibile, parzialmente ricoperta in idoneo materiale biocompatibile, premontata su catetere, radiopaca. Dotata di markers radiopachi per favorire posizionamento e controllo. Disponibilità di varie lunghezze.

QUANTITATIVI ANNUALI PRESUNTI

AO MO	ASL MO	AO RE	AO PR	ASL PR	ASL PC	TOTALE
6	20	20	1	7		54

LOTTO 15

Protesi biliare e/o pancreatico a maglia metallica autoespandibile, completamente ricoperta in idoneo materiale biocompatibile, premontata su catetere, con conformazione antidislocamento, radiopaca, dotata di :

A) filo di recupero corto.

B) filo di recupero lungo

Marker radiopachi per favorire posizionamento e controllo. Disponibilità di varie lunghezze.

QUANTITATIVI ANNUALI PRESUNTI

AO MO	ASL MO	AO RE	AO PR	ASL PR	ASL PC	TOTALE
a) 2 b) 3	a)20 b) 40	A)10 B)50	a)15 b)15			155

LOTTO 16

Stent pancreatico in polietilene o altro idoneo materiale, completo di posizionatore, disponibile in varie lunghezze e diametri, anche inferiori a 7 F:

a) con e senza alette ad una estremità;

b) singolo pigtail

QUANTITATIVI ANNUALI PRESUNTI

AO MO	ASL MO	AO RE	AO PR	ASL PR	ASL PC	TOTALE
a)30 b) 5	a)40 b)10	A)50 B)10	a)20 b)20	a)10 b)5	a)16 b)4	220

LOTTO 17

Kit per drenaggio endoscopico dei dotti biliari. Il kit deve comprendere : a) catetere guida con raccordo per iniezione, b) posizionatore, c) protesi in polietilene o altro idoneo materiale termosensibile, priva di fori laterali, con alette di ancoraggio, retta, con configurazione Amsterdam e angolata. Vari diametri e lunghezze dello stent.

QUANTITATIVI ANNUALI PRESUNTI

AO MO	ASL MO	AO RE	AO PR	ASL PR	ASL PC	TOTALE
130	80	150	80	30		470

LOTTO 18

Protesi biliari in polietilene od altro idoneo materiale termosensibile, con alette di ancoraggio, priva di fori. Protesi rette, con configurazione Amsterdam e protesi angolate. Vari diametri e misure dello stent.

QUANTITATIVI ANNUALI PRESUNTI

AO MO	ASL MO	AO RE	AO PR	ASL PR	ASL PC	TOTALE
20	30	30	30	10	80	200

LOTTO 19

Catetere guida con raccordo per iniezione e catetere posizionatore, utilizzabile per posizionamento protesi.

QUANTITATIVI ANNUALI PRESUNTI

AO MO	ASL MO	AO RE	AO PR	ASL PR	ASL PC	TOTALE
20	30	40	30	15	80	215

LOTTO 20

Protesi biliare a doppio pig-tail in polietilene o altro materiale biocompatibile termosensibile, dotata di posizionatore. Disponibilità di varie lunghezze e diametri:

a) standard

b) soft

QUANTITATIVI ANNUALI PRESUNTI

AO MO	ASL MO	AO RE	AO PR	ASL PR	ASL PC	TOTALE
a) 5 b) 2	a)14 b)1	A)15 b)1	a)1 b)1	A)10 b)0		50

LOTTO 21

Protesi metalliche retto coliche OTW, autoespandibili:

a) non ricoperta

b) parzialmente ricoperta in idoneo materiale biocompatibile .

Disponibilità di vari diametri e lunghezze:

QUANTITATIVI ANNUALI PRESUNTI

AO MO	ASL MO	AO RE	AO PR	ASL PR	ASL PC	TOTALE
a) 2 b) 2	a)14 b)4	A)8 B)2	a)2 b)2	a)3 b)0		39

LOTTO 22

Protesi metalliche retto coliche OTW completamente ricoperte in idoneo materiale biocompatibile. Disponibilità di vari diametri e lunghezze.

QUANTITATIVI ANNUALI PRESUNTI

AO MO	ASL MO	AO RE	AO PR	ASL PR	ASL PC	TOTALE
4	10	4	4			22

LOTTO 23

Protesi per esofago cervicale completamente ricoperte in idoneo materiale biocompatibile, dotata di sistema antidislocamento. Disponibilità di vari diametri e lunghezze

QUANTITATIVI ANNUALI PRESUNTI

AO MO	ASL MO	AO RE	AO PR	ASL PR	ASL PC	TOTALE
2	4	2	2	1		11

LOTTO 24

Protesi pancreatico tipo a stella con doppio sistema di drenaggio esterno ed interno configurazione dritta e a Pig tail, 5F e 7F. Varie lunghezze.

QUANTITATIVI ANNUALI PRESUNTI

AO MO	ASL MO	AO RE	AO PR	ASL PR	ASL PC	TOTALE
2	5	15	2			24

LOTTO 25

Protesi utilizzabile per il drenaggio endoscopico di pseudocisti pancreatiche, a maglia metallica autoespandibile, completamente ricoperta in idoneo materiale biocompatibile, premontata su catetere, radiopaca. Markers radiopachi per favorire posizionamento e controllo. Varie lunghezze e diametri.

QUANTITATIVI ANNUALI

AO MO	ASL MO	AO RE	AO PR	ASL PR	ASL PC	TOTALE
2	20	30	2			54

LOTTO 26

Protesi utilizzabile per il drenaggio eco-guidato epato-gastrico, a maglia metallica autoespandibile, parzialmente ricoperta in idoneo materiale biocompatibile, premontata su catetere, radiopaca. Markers radiopachi per favorire posizionamento e controllo. Varie lunghezze e diametri.

QUANTITATIVI ANNUALI

AO MO	ASL MO	AO RE	AO PR	ASL PR	ASL PC	TOTALE
1	5	20	2			28

LOTTO 27

Sistemi a scambio rapido per interventistica sulle vie biliari.

Il sistema deve comprendere:

- a) filo guida isolato per elettrochirurgia in materiale idrofilo diametro 0,035" monouso radiopaco punta retta e/o a J .
- b) papillotomo su filo guida compatibile con filo guida 0,035" a triplo lume, monouso, con punta rastremata e radiopaca.
- c) papillotomo/sfinterotomo ad ago, monouso, ago con tagliente retrattile 3/5 mm, compatibilità con filo guida 0,035".
- d) estrattori di calcoli biliari a palloncino : vari diametri , a triplo lume , utilizzo con filo guida 0,035" , possibilità di ottenere con lo stesso pallone diversi diametri e diverse modalità di iniezione del contrasto. Monouso e dotato di reperi radiopachi.
- e) cannula per ERCP compatibile con filo guida da 0,035" , punta radiopaca, monouso.
- f) catetere per citologia biliare a doppio lume, punta radiopaca, monouso.
- g) catetere per dilatazione biliare filo guidato per canali operativi di 2,8 mm. Pallone di diversa lunghezza e diametro con device compatibile con duodenoscopi lunghi 120 cm.
- h) kit per drenaggio endoscopico dei dotti biliari comprensivo di protesi in polietilene o altro materiale idoneo, catetere guida e posizionatore. Vari diametri e lunghezze.
- i) Protesi in polietilene o altro materiale idoneo config. Amsterdam. Vari diametri e lunghezze.**
- l) Protesi biliare a maglia metallica non ricoperta, autoespandibile, premontata su catetere, radiopaca. Marker radiopachi per favorire posizionamento e controllo, compatibile con sistemi a scambio rapido. Varie lunghezze.
- m) Protesi biliare a maglia metallica autoespandibile, parzialmente ricoperta in idoneo materiale biocompatibile, premontata su catetere, radiopaca. Dotata di marker radiopachi per favorire posizionamento e controllo. Compatibile con sistemi a scambio rapido. Disponibilità di varie lunghezze.
- n) Protesi biliare e/o pancreatiche a maglia metallica autoespandibile, completamente ricoperta in idoneo materiale biocompatibile, premontata su catetere, radiopaca. Marker radiopachi per favorire posizionamento e controllo. Compatibile con sistemi a scambio rapido. Disponibilità di varie lunghezze.

QUANTITATIVI ANNUALI

VOCE A)

AO MO	ASL MO	AO RE	AO PR	ASL PR	ASL PC	TOTALE
30	30	150	45	20	90	365

VOCE B)

AO MO	ASL MO	AO RE	AO PR	ASL PR	ASL PC	TOTALE
150	30	120	30	20	90	440

VOCE C)

AO MO	ASL MO	AO RE	AO PR	ASL PR	ASL PC	TOTALE
10	10	15	10	10	20	75

VOCE D)

AO MO	ASL MO	AO RE	AO PR	ASL PR	ASL PC	TOTALE
30	60	80	25	30	150	375

VOCE E)

AO MO	ASL MO	AO RE	AO PR	ASL PR	ASL PC	TOTALE
30	20	30	10	10	70	170

VOCE F)

AO MO	ASL MO	AO RE	AO PR	ASL PR	ASL PC	TOTALE
10	10	15	10	5	30	80

VOCE G)

AO MO	ASL MO	AO RE	AO PR	ASL PR	ASL PC	TOTALE
5	12	20	10	8	40	95

VOCE H)

AO MO	ASL MO	AO RE	AO PR	ASL PR	ASL PC	TOTALE
10	30	60	30	20	10	160

VOCE I)

AO MO	ASL MO	AO RE	AO PR	ASL PR	ASL PC	TOTALE
2	2	15	5		30	54

VOCE L)

AO MO	ASL MO	AO RE	AO PR	ASL PR	ASL PC	TOTALE
2	10	10	8	2		32

VOCE M)

AO MO	ASL MO	AO RE	AO PR	ASL PR	ASL PC	TOTALE
2	20	10	1	2	20	55

VOCE N)

AO MO	ASL MO	AO RE	AO PR	ASL PR	ASL PC	TOTALE
2	8	5	8	2		25

